

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Лазер хірургічний діодний «LIKA-surgeon+» за кодом CPV за ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків. Код НК 024:2019: 36546 – Лазер, діодний»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-07-011838-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

I. Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ пор.	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість одиниць
1	Лазер хірургічний діодний «LIKA-surgeon+»	комплект	1

II. Загальні вимоги

1. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався (*надати гарантійний лист від Учасника*).

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується завіреною копією декларації відповідності та завіреною копією сертифікату відповідності або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, викладеним у медико-технічних вимогах Додатку 1 до тендерної документації.

4. Учасник закупівлі має обов'язково надати оригінал гарантійного листа від виробника запропонованого товару, який засвідчує факт відносин між учасником і виробником та підтверджує можливість поставки товару, який є предметом цієї закупівлі та пропонується учасником, у кількості та в терміни, визначені замовником та повинен включати: повну назву учасника, номер оголошення закупівлі, а також назву предмету закупівлі, згідно оголошення.

5. На підтвердження технічних вимог Учасник повинен надати копії інструкції з використання запропонованого товару на українській чи російській мовах.

6. Постгарантійне сервісне обслуговування фірма-виробник має забезпечувати протягом усього терміну експлуатації апарату (*надати гарантійний лист від Учасника*).

7. У складі пропозиції Учасник повинен надати *гарантійний лист*, складений у довільній формі, в якому гарантує, що сервісне обслуговування буде здійснюватися сервісним інженером, який сертифікований виробником.

8. Учасник (постачальник) повинен провести кваліфіковане навчання працівників замовника по користуванню запропонованим обладнанням (*надати гарантійний лист від Учасника*).

9. Доставка товару повинна здійснюватися за рахунок постачальником (*надати гарантійний лист від Учасника*).

III. Медико-технічні вимоги*

№ п/п	Загальні характеристики	Наявність/відповідність або фактичне значення параметру
1	Довжина хвилі робочого випромінювання	1470 нм
2	Довжина хвилі лазера-пілота	660 нм
3	Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах «НОРМА», «ІМПУЛЬС» та «ПЕРІОД»	від 1,0 Вт до 15,0 Вт
4	Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах «ПЕРІОД»	від 1,0 Вт до 10,0 Вт
5	Вихідна потужність лазера-пілота	від 0,5 до 5,0 мВт
6	Час випромінювання	(0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10) сек 1 % та НЕПР (безперервне) в режимі «НОРМА»
7	Сумарна контрольована доза випромінювання	(0...9999,9) Дж
8	Споживана потужність	не більше 600 Вт
9	Оптична щільність окулярів лазерних захисних	не менше 4 Бел
10	Габаритні розміри лазерно-оптичного модуля	не більше 280×390×170 мм
11	Габаритні розміри виносної педалі для включення високоінтенсивного випромінювання	не більше 140×130×135 мм
12	Маса апарату (брутто)	не більше 11 кг
13	Довжина кабелю виносної педалі	не менше 2000 мм
14	Довжина мережевого шнура	не менше 2000 мм
15	Комплектація: – лазерно-оптичний модуль 1470 нм 15,0 Вт – 1 шт.; – світловод SMA-905 (довжина гнучкої ділянки 2,5 м, діаметр волокна 600/920 мкм) – 3 шт.; – насадка оториноларингологічна (ОЛ2) – 1 шт.; – насадка гінекологічна (ГН) – 1 шт.; – насадка загальнохірургічна (ОХ) – 1 шт.; – окуляри лазерні захисні (для лікаря) – 1 шт.; – окуляри лазерні захисні (для пацієнта) – 1 шт.; – різак для світловодів – 1 шт.; – стрипер для світловодів – 1 шт.; – ножна педаль управління – 1 шт.;	Наявність

	– знімний ключ – 2 шт.; – інструкція з експлуатації – 1 шт.	
16	Гарантія на апарат від виробника	не менше 36 місяців

** Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент». Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника може застосовуватися Замовником для конкретизації потрібного товару та більш чіткого та зрозумілого пояснення потрібних характеристик для можливих постачальників. Якщо учасниками пропонуються еквіваленти товарів, Учасники обов'язково наводять опис пропонованого товару із зазначенням всіх параметрів товару, для можливості порівняння Замовником у довільній формі у вигляді порівняльної таблиці. Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам/потреbam. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари , що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції.

Очікувана вартість закупівлі складає: 318 240,00 грн. (триста вісімнадцять тисяч двісті сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.