

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Лабораторні реактиви та витратні матеріали до аналізатора електролітів EasyLyte Na/K/Cl (лабораторія) за кодом CPV за ДК 021:2015:33690000-3-Лікарські засоби різні, відповідний код CPV за ДК 021:2015:33696500-0 - Лабораторні реактиви. Класифікатор медичних виробів НК 024:2019»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-07-013732-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Запропонований учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

Основні вимоги до предмету закупівлі:

1. Учасник надає документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.).
2. Термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 60 % від загального терміну придатності. Постачання товару з меншим терміном придатності здійснюється за погодженням Сторін. *Учасник надає гарантійний лист про поставку товару з відповідним терміном придатності.*
3. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

№ з/п	Код НК 024:2019	Найменування	Оди-ниця виміру*	Кіль-кість
1.	52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди	Блок розчинів (800 мл) , який складається з реагентів, що вимірюють концентрацію Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ в пробі (реагент 1, реагент 2, реагент 3) у відсотковому співвідношенні. Лише для використання в аналізаторах електролітів (Натрій/Калій/Хлорид) EasyLyte	шт	6
2.	59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем	Для діагностичного використання In Vitro в аналізаторах серії EasyLyte, Склад: Розчинник-очишувач на кожен день 1 x 90 мл. Порошок очишувач на кожен день 6 флаконів.	компл	3
3.	52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал	Контрольний матеріал для ведення внутрішньолабораторного контролю якості за двома рівнями при роботі з іонселективного аналізаторами серії	компл	4

		EasyLyte		
4.	59248 Калійний електрод ІВД	Для визначення концентрацій іонів. Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Хлорид, в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte	шт	1
5.	59249 Натрієвий електрод, ІВД	Для визначення концентрацій іонів. Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Хлорид, в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte	шт	1
6.	59240 Хлорний електрод, ІВД	Для визначення концентрацій іонів. Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Хлорид, в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte	шт	1
7.	59241 Референтний електрод ІВД	Порівняльний електрод Для визначення концентрацій іонів (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻) в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Калій/Хлорид	шт	1
8.	52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди	Для діагностики In Vitro в аналізаторах електролітів EasyLyte. Склад: мембрана 1шт, внутрішній заповнюючий розчин 125 мл, трубка помпи, трубка зразка.	компл	1

*Найменування одиниць виміру (штуки, упаковка, набір) наведених у медико-технічних вимогах є примірними та можуть містити відхилення та/або бути зміненими при формуванні пропозиції Учасника.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника *слід читати як «або еквівалент»*.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 06.02.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 144 706,80 грн. (Сто сорок чотири тисячі сімсот шість гривень 80 копійок) з ПДВ.