

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «За кодом CPV за ДК 021:2015:32350000-1 Частина до аудіо- та відеообладнання. Плівка термографічна медична Carestream ДРАЙВЮ ДВБ+ 35x43см №125 або еквівалент. НК 024:2019:63183 - Медична плівка для принтера»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-17-001715-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальні вимоги

1.1. Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);

1.2. На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості.

Надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів.

1.3 Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання.

1.4. Товар, що поставляється повинен бути цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів.

1.5. Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля).

№ з/п	Найменування товару (або еквівалент)	КОД НК 024:2019	Медико-технічні вимоги	Одиниці виміру	Кількість
1	Плівка термографічна медична Carestream ДРАЙВЮ ДВБ+ 35x43см №125	63183 – Медична плівка для принтера	Загальний опис: Чутлива до інфрачервоного випромінювання плівка на блакитній поліефірній основі для фото термографії. Упакована в касети, призначені для швидкої заправки плівки у фотокамеру при денному світлі в упаковці. Сенситометрія: Показник "Speed-3" * від	упаковка	10

			0,95 до 1,32 Контрастність АС-1 ** 3,7 ±0,5 Показник “Gross fog” ≤0,24 Максимальна густина Dmax *** ≥ 3,5 Вміст срібла г/м² 2,0 * Показник “Speed-3”=4,0-Log E при густині (2,90+ Dmin) ** Контрастність АС-1 = середній контраст від густини (0.6 + Dmin) *** Dmax при густині Log E=3,4 Упаковка в коробки по 125 аркушів Умови зберігання: Від +5 до +25 °C Гарантійний термін придатності: 18 місяці з дати виготовлення Залишковий термін придатності на момент поставки не має перевищувати 80% від початкового (на момент виробництва)		
--	--	--	---	--	--

Примітка:

1. У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).
2. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.

Запропоновані Учасником препарати повинні відповідати наступним вимогам:

1. Еквівалентом товарів в розумінні даної документації тендерної пропозиції є продукція розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

2. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника за адресою Замовника
3. При формуванні ціни Постачальник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

Примітка:

У разі не надання документів, тендерна пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Невідповідність запропонованого Учасником товару встановленим медико - технічним вимогам розцінюється як невідповідність пропозиції умовам тендерної документації.

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 05.05.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: **112 000, 00 грн. (Сто дванадцять тисяч гривень 00 коп.), з ПДВ.**