

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Витратні матеріали для відділення нейросудинної ендovasкулярної хірургії за кодом CPV за ДК 021:2015:33140000-3 - «Медичні матеріали». Класифікатор медичних виробів НК 024:2023. (Інтродьюсер радіальний 6F (НК 024:2023 - 58865 Набір для введення судинного катетера); Інтродьюсер радіальний 7F (НК 024:2023 - 58865 Набір для введення судинного катетера); Інтродьюсер феморальний 6F (НК 024:2023 - 58865 Набір для введення судинного катетера); Інтродьюсер феморальний 7F (НК 024:2023 - 58865 Набір для введення судинного катетера); Голка для пункції (НК 024:2023 - 12747 Внутрішньоартерійна голка); Катетер діагностичний коронарний 5/6F (НК 024:2023 – 10688 Ангіографічний катетер одноразового застосування); Діагностичний провідник 0,035-0.038 дюймів (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Гідрофільний провідник діагностичний 0,035-0.038 дюймів (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Змінний провідник 0,035-0.038 дюймів (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Гідрофільний провідник змінний 0,035-0.038 дюймів (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Провідниковий катетер 6F (НК 024:2023 - 17846 Одноразовий судинний напрямний катетер); Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, різної жорсткості (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, 300 см, різної жорсткості (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий); Балон коронарний, предилатація (НК 024:2023 - 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний); Балон коронарний, постдилатація (НК 024:2023 - 47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний); Балон коронарний ріжучий (НК 024:2023 - 44088 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, ріжучий/надрізаючий); Стент коронарний (НК 024:2023 - 53616 Стент для коронарних артерій металевий непокритий); Тромбаспіратор 6F (НК 024:2023 - 58173 Катетер аспіраційний для тромбектомії); Подовжувач провідникового катетера (НК 024:2023 - 35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий)»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-20-006347-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Код НК 024:2023	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
1	58865 Набір для введення судинного катетера	Інтродьюсер радіальний 6F	шт.	300

2	58865 Набір для введення судинного катетера	Інтродьюсер радіальний 7F	шт.	200
3	58865 Набір для введення судинного катетера	Інтродьюсер феморальний 6F	шт.	200
4	58865 Набір для введення судинного катетера	Інтродьюсер феморальний 7F	шт.	200
5	12747 Внутрішньоартерійна голка	Голка для пункції	шт.	150
6	10688-Ангіографічний катетер одноразового застосування	Катетер діагностичний коронарний 5/6F	шт.	320
7	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Діагностичний провідник 0,035-0.038 дюймів	шт.	300
8	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Гідрофільний провідник діагностичний 0,035-0.038 дюймів	шт.	100
9	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Змінний провідник 0,035-0.038 дюймів	шт.	300
10	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Гідрофільний провідник змінний 0,035-0.038 дюймів	шт.	100
11	17846 Одноразовий судинний напрямний катетер	Провідниковий катетер 6F	шт.	400
12	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, різної жорсткості	шт.	400
13	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, 300 см, різної жорсткості	шт.	30
14	47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний	Балон коронарний, предилітація	шт.	260

15	47732 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, стандартний	Балон коронарний, постділяція	шт.	125
16	44088 Катетер балонний для коронарної ангіопластики, ріжучий/надрізаючий	Балон коронарний ріжучий	шт.	2
17	53616 Стент для коронарних артерій металевий непокритий	Стент коронарний	шт.	100
18	58173 - Катетер аспіраційний для тромбектомії	Тромбаспіратор 6 F	шт.	20
19	35094 Кардіологічний / периферичний судинний провідник, одноразовий	Подовжувач провідникового катетера	шт.	10

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Медико-технічні вимоги

1 Інтродьюсер радіальний 6F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Діаметри інтродьюсерів (розмір)	6 Fr (F)
2	Довжина інтродьюсерів	Не менше 10 см та не більше 12 см
3	Розміри голки та провідника (мініпровідника)	Наявність комплектацій: голка 22 G -провідник (мініпровідник) 0,018” або 0,021” голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021” голка 20 G -провідник (мініпровідник) 0,025”
4	Провідник (мініпровідник) довжина	Від 40 см

2 Інтродьюсер радіальний 7F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Діаметри інтродьюсерів (розмір)	7 Fr (F)
2	Довжина інтродьюсерів	Не менше 10 см
3	Розміри голки та провідника (мініпровідника)	Наявність комплектацій: голка 21 G -провідник (мініпровідник) 0,021”
4	Провідник (мініпровідник) довжина	Від 40 см

3 Інтродьюсер феморальний 6F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
-------	--------------------------	------------------------

1	Комплектація	Інтрод'юсер повинен бути в комплекті з дилататором, міні-провідником та бути оснащений гемостатичним клапаном
2	Кольорове кодування конектора	Інтрод'юсер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру
3	Сумісність з провідником	Інтрод'юсер повинен бути сумісний з провідником 0,035" або 0,038"
4	Довжина	Від 10 см до 25 см
5	Діаметр	6 F

4 Інтродьюсер феморальний 7F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Комплектація	Інтрод'юсер повинен бути в комплекті з дилататором, міні-провідником та бути оснащений гемостатичним клапаном
2	Кольорове кодування конектора	Інтрод'юсер повинен мати кольорове кодування конектора для швидкого визначення його розміру
3	Сумісність з провідником	Інтрод'юсер повинен бути сумісний з провідником 0,035" або 0,038"
4	Довжина	Від 10 см до 25 см
5	Діаметр	7F

5 Голка для пункції

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Зовнішній діаметр	18 G
2	Довжина	70 см
3	Особливості конструкції	Однокомпонентна

6 Катетер діагностичний коронарний 5/6F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Довжина та діаметр	Ангіографічні катетери повинні мати довжину не менше 100 см та діаметр 5, 6F.
2	Структура	Ангіографічні катетери повинні мати жорсткий проксимальний стержень та атравматичний дистальний сегмент.
3	Стійкість до кінкінгу	Ангіографічні катетери повинні бути стійкими до кінкінгу, мати подвійне дротяне плетіння по всій довжині.

7 Діагностичний провідник 0,035-0.038 дюймів

№ з/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1	Конструкція	Провідник повинен мати стержень виготовлений з неіржавіючої сталі. Повинні бути в наявності провідники з фіксованим та рухомих стержнем.
2	Загострення дистального кінця стержня провідника	Повинні бути в наявності провідники з загостренням дистального кінця стержня

		впродовж від 0 см до 10 см
3	Покриття	Провідник повинен мати ПТФЕ покриття.
4	Конфігурація кінчика	Провідник повинен мати форми дистального кінчика: прямий та “J” – подібний
5	Діаметр провідника	Провідник повинен мати діаметр 0.035”
6	Довжина провідника	Провідник повинен мати наявності довжини: 150 см та 180 см.

8 Гідрофільний провідник діагностичний 0,035-0.038 дюймів

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Матеріал серцевини	Нітинол
2	Покриття	- Ренгенконтрасний поліуретановий шар, що містить вольфрам - гідрофільне
3	Діаметр	0,0032”, 0,035”, 0,038”
4	Довжина	150 см, 180 см
5	Форма	Пряма, J-подібна, загнута на 45 градусів, з подвійним кутом
6	Радіус J-подібного кінчика	Від 1,5 мм до 3 мм
7	Жорсткість кінчика	Наявність модифікацій зі стандартною та підвищеною жорсткістю

9 Змінний провідник 0,035-0.038 дюймів

№ з/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1	Конструкція	Провідник повинен мати стержень виготовлений з неіржавіючої сталі. Повинні бути в наявності провідники з фіксованим та рухомим стержнем.
2	Загострення дистального кінця стержня провідника	Повинні бути в наявності провідники з загостренням дистального кінця стержня впродовж 0 см, 4 см та 10 см
3	Покриття	Провідник повинен мати ПТФЕ покриття.
4	Конфігурація кінчика	Провідник повинен мати в наявності не менше двох варіантів форми дистального кінчика: прямий, 3 мм “J” – подібна.
5	Діаметр провідника	0.035 дюймів.
6	Довжина провідника	Провідник повинен мати довжину не менше 260 см.

10 Гідрофільний провідник змінний 0,035-0.038 дюймів

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Матеріал серцевини	Нітинол
2	Покриття	• Ренгенконтрасний поліуретановий шар, що містить вольфрам • гідрофільне
3	Діаметр	0,035”, 0,038”
4	Довжина	260 см, 300см
5	Форма	Пряма, J-подібна, загнута на 45 градусів, з подвійним кутом
6	Радіус J-подібного кінчика	Від 1,5 мм до 3 мм

7	Жорсткість кінчика	Наявність модифікацій зі стандартною та підвищеною жорсткістю
---	--------------------	---

11 Провідниковий катетер 6F

№з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Стінка катетера	Стінка провідникового катетера повинна бути виготовлена з армованого полімеру (мати подвійне дротяне плетіння).
2	Особливості	Провідниковий катетер повинен мати відмінну керованість та стійкість до кінкінгу при обертанні, резистентність до згинів та зламів при проходженні судинами із звивистою анатомічною будовою.
3	Внутрішній просвіт катетеру	6F – не менше 0.070”.
4	Дистальний кінчик	Провідниковий катетер повинен мати атравматичний рентгенконтрастний дистальний кінчик.
5	Наявність бокових отворів	Наявність катетерів як з боковими отворами, так і без них.
6	Наявність спектру форм дистального кінчика	Наявність повного спектру форм дистального кінчика катетера для трансрадіального та трансфеморального доступу.
7	Внутрішнє покриття	Внутрішня поверхня провідникового катетера повинна мати ПТФЕ (політетрафторетиленове) покриття.

12 Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, різної жорсткості

№ з/п	Характеристика/ параметр	Технічні та якісні характеристики
1	Конструкція коронарного провідника	Полімерний кінчик. Дистальний нітиноловий стержень.
2	Діаметр коронарного провідника	Не більше 0.014 дюймів.
3	Жорсткість кінчика	Не менше двох варіантів від 2,5 г до 3 г.
4	Довжина коронарного провідника	185 см та 300 см.
5	Рентгенконтрастна верхівка	Коронарний провідник повинен мати рентгенконтрастну верхівку 2 см для гарної візуалізації усередині судини.
6	Покриття коронарного провідника	Гідрофільне покриття (або аналог) по всій довжині для полегшення проходження всередині судини.
7	Форма кінчика	Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.
8	Ступінь підтримки	Повинні бути в наявності два ступені підтримки: легка та помірна.

13 Мікропровідник коронарний 0,014 дюймів, 300 см, різної жорсткості

№ з/п	Характеристика/ параметр	Технічні та якісні характеристики
1	Конструкція коронарного провідника	Полімерний кінчик. Дистальний нітиноловий стержень.
2	Діаметр коронарного провідника	Не більше 0.014 дюймів.

3	Жорсткість кінчика	Не менше двох варіантів від 2,5 г до 3 г.
4	Довжина коронарного провідника	185 см та 300 см.
5	Рентгенконтрастна верхівка	Коронарний провідник повинен мати рентгенконтрастну верхівку 2 см для гарної візуалізації усередині судини.
6	Покриття коронарного провідника	Гідрофільне покриття (або аналог) по всій довжині для полегшення проходження всередині судини.
7	Форма кінчика	Повинні бути в наявності два варіанти форми кінчика: пряма та “J” – подібна.
8	Ступінь підтримки	Повинні бути в наявності два ступені підтримки: легка та помірна.

14 Балон коронарний, предилітація

№ з/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1	Призначення	Балонний катетер для проведення предилітації.
2	Конфігурація пристрою	Повинні бути в наявності дві конфігурації: OTW та MR.
3	Діаметр балона	Від 1.2 до 4.0 мм.
4	Довжина балона	Від 8 до 30 мм.
5	Покриття	Гідрофільне.
6	Профіль балонного катетера	Балонний катетер повинен мати профіль входу в стеноз не більше 0.017 дюймів / 0.43 мм.
7	Діаметр сумісного провідника	0.014”
8	Номінальний тиск	Не більше 6 атм.
9	Розрахунковий тиск розриву балону	Не менше 18 атм для катетерів з діаметром балона 1.2 мм. Не менше 14 атм для катетерів з діаметром балона 1.5 – 3.25 мм. Не менше 12 атм для катетерів з діаметром балона 3.5 – 4.0 мм.
10	Робоча довжина катетеру	Не менше 142 см.

15 Балон коронарний, постдилітація

№ з/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1	Конфігурація пристрою	Конфігурація балонного катетера повинна бути Monorail
2	Розміри балона	Діаметри балону від 2.0 до 5.0 мм при довжині 6 мм Діаметри балону від 2.0 до 6.0 мм при довжині 8-20 мм Діаметри балону від 2.0 до 4.0 мм при довжині 30 мм
3	Покриття	Балонний катетер повинен мати гідрофільне покриття
4	Рентгенконтрастність	Балонний катетер повинен мати рентгенконтрастні маркери
5	Профіль балонного катетера	Балонний катетер повинен мати профіль входу в стеноз не більше 0.017 дюймів (0.43 мм)
6	Діаметр сумісного провідника	Повинен бути не більше 0.014 дюймів (0.36 мм)

7	Номінальний тиск	Не більше 12 атм.
8	Розрахунковий тиск розриву балону	Не менше 20 атм для катетерів з діаметром балона 2.0 – 4.0 мм. Не менше 18 атм для катетерів з діаметром балона 4.5 – 6.0 мм.
9	Робоча довжина катетеру	Не менше 143 см.

16 Балон коронарний ріжучий

№ з/п	Характеристика/параметр	Медико-технічні вимоги
1	Призначення	Коронарний ріжучий балон призначений для покращення перфузії міокарда при ішемічній хворобі серця.
2	Конфігурація пристрою	Конфігурація балонного катетера повинна бути Monorail. Ріжучий балон має мікрохірургічні леза (атеротомі) встановлені поздовжньо на зовнішній поверхні.
3	Діаметр балона	Від 2.00 до 4.00 мм.
4	Довжина балона	Від 6 до 15 мм.
5	Кількість атеротом	Не більше 3 атеротом при діаметрі від 2.00 до 3.25, не менше 4 атеротом при діаметрі від 3.50 до 4.00.
6	Покриття	Балонний катетер повинен мати гідрофільне покриття.
7	Номінальний тиск	Не більше 6 атм.
8	Розрахунковий тиск розриву балону	Не менше 12 атм.
9	Робоча довжина катетеру	Не менше 143 см.

17 Стент коронарний

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Матеріал стента	Сплав на основі хрому
2	Діаметри стента	Від 2.25 мм до 4.5 мм
3	Довжини стента	Від 8 мм до 32 мм
4	Поперечний профіль стента	Не менше 0,041''
5	Товщина балок стенту	Від щонайбільше 0.0032" до 0,0034"
6	Балон, на якому змонтовано стент	Низькокомплаєнтний
7	Номінальний тиск балону	Не менше 11 Атм
8	Номінальний тиск розриву балону	Не менше 18 Атм
9	Робоча довжина катетеру	Не менше 144 см
10	Профіль катетеру системи доставки	Профіль системи доставки в дистальній частині повинен бути не більше 2,7F, в проксимальній частині – не більше 2,1F.

18 Тромбаспіратор 6 F

№ з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Легкість використання	Аспіраційний катетер має бути готовий для виконання аспірації без використання стороннього обладнання

2	Довжина катетера	Має бути не менше 140 см
3	Дизайн дистального кінчика	Дистальний кінець катетера повинен бути армований сталеву сіткою для забезпечення його високої проникності та стійкості до перегибів по всій довжині. Наявність рентгенконтрастної мітки проксимальніше м'якого кінчика катетера для забезпечення його належної візуалізації та гідрофільного покриття на зовнішній стінці катетера.
4	Доставляюча система	Rapid Exchange
5	Сумісність катетера	Катетер повинен бути сумісним з провідниковим катетером 6 F та провідником 0,014"
6	Пакування	Катетер має постачатися в стерильній одноразовій упаковці
7	Клінічні дослідження	Наявність клінічних досліджень для підтвердження безпеки та ефективності виробу

19 Подовжувач провідникового катетера

№з/п	Характеристика/ параметр	Медико-технічні вимоги
1	Призначення	Пристрій призначений для подовження провідникового катетера при доступі до коронарних і периферичних судин.
2	Внутрішній просвіт катетеру	Повинен бути не менше 0.057 дюймів для 6F, не менше 0.063 дюймів для 7F, не менше 0.072 дюймів для 8F.
3	Сумісність з провідниковим катетером	Внутрішній діаметр провідникового катетера повинен бути не менше 0.070 дюймів для 6F, не менше 0.078 дюймів для 7F та не менше 0.088 дюймів для 8F.
4	Дистальний кінчик	Подовжувач провідникового катетера повинен мати м'який, атравматичний дистальний кінчик.
5	Рентгенконтрастність	Подовжувач провідникового катетера повинен мати платино-іридієві маркери на дистальному та проксимальному сегментах.
6	Покриття	Подовжувач провідникового катетера повинен мати гідрофільне покриття на дистальному сегменті.
7	Дистальний провідниковий сегмент	Повинен бути армований та мати довжину не менше 25 см та не більше 40 см.
8	Проксимальний провідниковий сегмент	Повинен бути виготовлений із неіржавіючої сталі та мати довжину не менше 125 см.

Загальні вимоги

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

1. Строк придатності товару, що є предметом закупівлі на момент поставки замовнику повинен становити не менше 70%. Надати гарантійний лист.

2. З метою запобігання придбання замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник повинен надати документ, що підтверджує наявність партнерських відносин з виробником (представництвом, філією виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, або представником, дилером, дистриб'ютором, офіційно уповноваженим на це виробником) на весь термін поставки товару та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості товару, що є предметом закупівлі, із зазначенням посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів.

3. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:

3.1 Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:

- копією реєстраційного посвідчення (свідоцтва про державну реєстрацію) (у разі якщо товар підлягає реєстрації, якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва (якщо на дату розкриття термін дії свідоцтва закінчився або закінчується, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати документальне підтвердження подання на перереєстрацію свідоцтва згідно чинного законодавства або лист-роз'яснення в довільній формі)), та/або документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, від 02.10.2013 (зі змінами), (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується.

4. Для підтвердження медико-технічних характеристик/параметрів кожної позиції предмету закупівлі, Учасник має надати копію з оригіналу затвердженої належним чином інструкції з використання.

5. Гарантійний лист щодо надання копій сертифікатів відповідності або якості виробника та інструкцій із використання, переведених на українську мову (якщо товар іноземного виробництва) при поставці товару.

6. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

7. У разі, коли у Додатку 1 у якості вимог до предмета закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то Учасник має право за власним вибором пропонувати на торги зазначений товар, або його еквівалент. Якщо Учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

Примітка: ні форма випуску, ні дозування, ні кількість предмета закупівлі не може бути змінена під час пропонування еквіваленту товару. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій. Посилання «або еквіваленту» стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 03.07.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 109 000,00 грн. (Один мільйон сто дев'ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.