

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: Індикатори стерилізації. Азопірамова проба за кодом CPV за ДК 021:2015:33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання». Класифікатор медичних виробів НК 024:2019:35362 «Індикатор хімічний / фізичний для контролю стерилізації»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-08-07-001453-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Код НК 024:2019	Найменування товару (або еквівалент)	Медико-технічне завдання	Одиниця виміру	Кількість
1	55090 Вміст гемоглобіну в ретикулоцитах IVD (діагностика invitro), реагент	Азопірамова проба	Склад набору: Амідопірин (5,0 ± 0,25) г Аніліну гідрохлорид (0,075 ± 0,004) г Кількість досліджень 2000 при використанні 0,1 мл на одне дослідження	Шт.	20
2	35362 - Індикатор хімічний/фізичний для контролювання стерилізації	Смуги індикаторні «Стерилан» 132/20	Смуги індикаторні «Стерилан 132/20» призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132°C протягом 20 хвилин, належать до 4 класу індикаторів згідно ДСТУ ISO 11140-1:2003. Індикаторні смуги пакунок №1000 «Стерилан 132/20» виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві кольорні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння)	пак	40

			та маркування, в якому зазначено метод та параметри стерилізаційної витримки		
3	35362 - Індикатор хімічний/фізичний для контролювання стерилізації	Смуги індикаторні «Стерилан» Уп 180/60	Смуги індикаторні «Стерилан 180/60» призначені для візуального контролю дотримання режиму стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються сухим теплом (гарячим повітрям), за температури 180 ⁰ С протягом 60 хвилин, належать до 4 класу індикаторів (багатопараметрові індикатори) згідно ДСТУ ISO 11140-1:2003. Індикаторні смуги пакунок №1000 «Стерилан 180/60» виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві кольорні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння) та маркування , в якому зазначено метод та параметри стерилізаційного режиму. Смуги «Стерилан 180/60» є виробами одноразового застосування.	пак	40

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Основні вимоги до предмету закупівлі

Запропонований учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

1. Учасник надає документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва).

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 60 % від загального терміну придатності. Постачання товару з меншим терміном придатності здійснюється за погодженням Сторін. *Учасник надає гарантійний лист про поставку товару з відповідним терміном придатності.*

3. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

4. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника/дилера/дистриб'ютора товаровиробника в Україні, інформація щодо відповідного представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що опубліковане в Prozorro.

5. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції копію інструкції, або копію опису, або копію технічних умов, або копії інших документів виробника, викладених українською мовою в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 01.08.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 25 100,00 грн. (Двадцять п'ять тисяч сто гривень 00 копійок) з ПДВ.