

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Витратні матеріали для проведення плазмаферезу за кодом CPV за ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали. Класифікатор медичних виробів НК 024:2023»

Підстава для публікації обґрунтування: на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-06-008212-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№	КОД НК 024:2023	Найменування товару	Медико-технічні вимоги	Кількість	Одиниця виміру	Відповідність (так/ні)
1	46812 Розчин для консервування крові, що містить антикоагулянт	Пластиковий контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А (ACD-A) одноразового використання стерильний, 500 мл	Розчин антикоагулянту АЦД-А (ACD-A) повинен бути у пластикових ПВХ контейнерах по 500 мл та призначений для попередження згортання крові під час процедури автоматичного аферезу. Дозування: 1:8-12. Має бути стерильний, апірогенний, стерилізований парою та містити наступні інгредієнти: 1000 мл препарату: натрію цитрату – 22 гр., лимонної кислоти – 8,0 гр., декстрази – 24,5 гр. води для ін'єкцій до 1000 мл. Загальний термін придатності не менше 24 місяці.	15	шт	

2	58091 Набір для аферезу	Комплекти магістралей для апаратного плазмаферезу, виконання 2 (Гемофенікс)	1. Магістралі комплекту повинні бути герметичні при надмірному внутрішньому мінімальному тиску повітря 40 кПа. Контейнер повинен бути герметичним при надмірному внутрішньому мінімальному тиску повітря 20 кПа 2. З'єднання трубок з деталями магістралей повинні витримувати мінімальне навантаження при розтягуванні 20 Н. 3. Корпус крапельниць і уловлювача повітря, контейнер, з'єднувальні трубки магістралей мають бути прозорі для візуального спостереження за бульбашками повітря і рівнем рідини 4. Роликові затискачі повинні забезпечувати регулювання потоку рідини від повного перекриття до струминного витікання. Нерегульовані затискачі повинні забезпечити повне перекриття з'єднувальних трубок. 5. Магістралі комплекту не повинні мати перегинів і злиплих ділянок, які можуть перешкоджати нормальному потоку рідини. 6. Складові частини комплектів мають бути стерильні всередині, апірогенні та нетоксичні. 7. Загальний термін придатності не менше 24 місяці.	15	шт	
3	44602 Гемоконцентратор	Гемоконцентратор крові мембранний ГKM-1400	1. Площа фільтрації гемоконцентратора ГKM-1400 повинна бути не менше 1400 см² 2. Гемоконцентратори повинні забезпечувати	15	шт	

			герметичне з'єднання з конекторами магістралей при надмірному внутрішньому мінімальному тиску повітря 40 kPa. 3. Гемоконцентратори повинні забезпечувати герметичність при тиску крові на вході до гемоконцентратора не більше 20 kPa (150 mm Hg). 4. Об'єм початкового заповнення гемоконцентратора ГКМ-1400 повинен бути не більше 25 ml 5. Гемоконцентратори повинні бути стерильні, апірогенні та нетоксичні 6. Гемоконцентратор повинен бути упакований в споживчу тару – пакет поліетиленовий, який повинен бути завареним. Споживча тара з вкладеним гемоконцентратором повинна бути цілісна. Гемоконцентратори в споживчій тарі та інструкція до застосування повинні бути упаковані в пакет поліетиленовий, який повинен бути завареним. 7. Загальний термін придатності не менше 24 місяці.			
--	--	--	---	--	--	--

Загальні вимоги

1. Надати скан-копію сертифікату відповідності або скан-копію декларації про відповідність медичних виробів Технічному регламенту.
2. Надати скан-копію інструкції для застосування (копію інструкції для медичного застосування) (у разі наявності).
3. Запропонований товар повинен повністю відповідати медико-технічним вимогам зазначеним у Таблиці .

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.
Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Всі документи (копії), що надаються учасником, повинні бути викладені українською мовою. Якщо документи, подані для участі в закупівлі викладені на іншій мові, ніж українська, учасник надає переклад цього документа.

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника *слід читати як «або еквівалент»*.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) при розрахунку очікуваної вартості закупівлі були взяті до уваги комерційні пропозиції.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 63 195,00 грн. (шістдесят три тисячі сто дев'яносто п'ять грн., 00 копійок) з ПДВ.