

# КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

## Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі:

**Термоконтейнер, термосумка багаторазового застосування для використання при транспортуванні та тимчасового зберіганні медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів за кодом CPV ДК 021:2015 : 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. Класифікатор медичних виробів НК024:2023:63033 Контейнер для транспортування місткостей з вакцинами.**

### **Загальні вимоги:**

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, укомплектований відповідно до технічної документації та мати всі супровідні документи (інструкції, гарантійний талон тощо). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
2. Відсутність будь-яких дефектів виробництва або матеріалів, а також відповідність технічних характеристик та температурних режимів.
3. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволим для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується копією декларації та/або сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (затверджений Постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року №753) з посиланням на товар в електронному «Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів у обіг» на офіційному веб-сайті Держлікслужби.
4. Гарантійний термін обслуговування - не менше 12 місяців з моменту передачі товару замовнику. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист та скановану копію гарантійного талона на аналогічну продукцію.
5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом листа авторизації (довіреності) від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).
6. Наявність інструкції (паспорта) з експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копію).
7. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Учасник в складі своєї пропозиції надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам з посиланням на документ, в якому дана відповідність підтверджується, та, відповідно, надає копії таких документів.

| <b>Опис, технічні та якісні характеристики товару</b>  |   | <b>Обов'язкове зазначення відповідності по кожному пункту (ТАК/НІ) з посиланням на документ, в якому дана відповідність підтверджується</b> |   |
|--|---|---|---|
| 1  | <b>Термоконтейнер багаторазового застосування</b> | шт.   | 1 |
| Призначення:<br>- для транспортування та тимчасового зберігання медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів, а також компонентів крові. |   |   |   |

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
|   | - призначена для підтримання температурного режиму "+2°...+8°С" до 24 годин за температури довкілля до +25°С за умови використання пасивних акумуляторів холоду (холодоелементів).   |     |   |
|   | Комплектація: термоконтейнер, що складається з корпусу та кришки.  |     |   |
|   | Робочий діапазон температур всередині за умови застосування акумуляторів холоду/тепла – не менше, ніж від -30...до +25°С   |     |   |
|   | Розміри термосумки (ШхГхВ) – 465х380х355 мм (± 5 мм)   |     |   |
|   | Корисний об'єм – 20,0 л (± 500 мл)   |     |   |
|   | Корпус та кришка виконані із алюмінієвих композитних панелей, матеріал ізоляції - пінополіуретан.  |     |   |
|   | Для забезпечення герметичності з'єднання «корпус-кришка» використовується замки скритого монтажу.  |     |   |
|   | Наявність місця під реєстратор температури   |     |   |
| 2 | <b>Термосумка багаторазового застосування</b>  | шт. | 2 |
|   | Призначення:<br>- для транспортування та тимчасового зберігання медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів, а також компонентів крові.<br>- призначена для підтримання температурного режиму "+2°...+8°С" до 36 годин за температури довкілля до +25°С за умови використання пасивних акумуляторів холоду. |     |   |
|   | Комплектація: термосумка, що складається з корпусу та з'ємної кришки. Має плечовий ремінь.   |     |   |
|   | Робочий діапазон температур всередині за умови застосування акумуляторів холоду/тепла – не менше, ніж від -30...до +25°С   |     |   |
|   | Габарити (ШхГхВ) – 420*348*335 мм (± 5 мм)   |     |   |
|   | Корисний об'єм – 19 л  |     |   |
|   | Матеріал зовнішньої поверхні термосумки має бути достатньо міцним для щоденного використання та зносостійким.<br>Матеріал внутрішньої поверхні має бути зносостійким та легким у догляді (для проведення щоденної дезінфекції).<br>Ізоляційний матеріал – пінополістирол (EPS).  |     |   |
|   | Наявність системи (застібка, фастекс, липучка тощо), що забезпечує щільне закривання термосумки.   |     |   |
|   | Наявність прозорої кишені для внутрішнього маркування та кишені для документів.  |     |   |
| 3 | <b>Термосумка багаторазового застосування</b>  | шт. | 5 |
|   | Призначення:<br>- для транспортування та тимчасового зберігання медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів, а також компонентів крові.<br>- призначена для підтримання температурного режиму "+2°...+8°С" до 32 годин за температури довкілля до +25°С за  |     |   |

|  |   |            |          |
|--|---|------------|----------|
| умови використання пасивних акумуляторів холоду (холодоелементів).   |   |            |          |
| Комплектація: термосумка, що складається з корпусу та відкидної кришки.  |   |            |          |
| Робочий діапазон температур всередині за умови застосування акумуляторів холоду/тепла – не менше, ніж від -30...до +25 <sup>0</sup> С  |   |            |          |
| Розміри термосумки (ЩхГхВ) – 360х310х340 мм (± 5 мм)   |   |            |          |
| Корисний об'єм – 10,0 л (± 500 мл)   |   |            |          |
| Матеріал зовнішньої поверхні термосумки має бути достатньо міцним для щоденного використання та зносостійким.<br>Матеріал внутрішньої поверхні має бути зносостійким та легким у догляді (для проведення щоденної дезінфекції).<br>Ізоляційний матеріал – пінополіуретан.  |   |            |          |
| Наявність системи (застібка, фастекс, липучка тощо), що забезпечує щільне закривання термосумки.   |   |            |          |
| Наявність ручок або плечового ременя для зручності транспортування   |   |            |          |
| Наявність прозорої кишені для внутрішнього маркування та кишені для документів.  |   |            |          |
| <b>4</b>   | <b>Термосумка багаторазового застосування</b> | <b>шт.</b> | <b>1</b> |
| Призначення:<br>- для транспортування та тимчасового зберігання медичних імунобіологічних, фармацевтичних та інших термолабільних препаратів, а також компонентів крові.<br>- призначена для підтримання температурного режиму "+2°...+8°С" до 46 годин за температури довкілля до +25°С за умови використання пасивних акумуляторів холоду (холодоелементів). |   |            |          |
| Комплектація: термосумка, що складається з корпусу та відкидної кришки.  |   |            |          |
| Робочий діапазон температур всередині за умови застосування акумуляторів холоду/тепла – не менше, ніж від -30...до +25 <sup>0</sup> С  |   |            |          |
| Розміри термосумки (ЩхГхВ) – 575х380х400 мм (± 5 мм)   |   |            |          |
| Корисний об'єм – 34,0 л (± 500 мл)   |   |            |          |
| Матеріал зовнішньої поверхні термосумки має бути достатньо міцним для щоденного використання та зносостійким.<br>Матеріал внутрішньої поверхні має бути зносостійким та легким у догляді (для проведення щоденної дезінфекції).<br>Ізоляційний матеріал – пінополіуретан.  |   |            |          |
| Наявність системи (застібка, фастекс, липучка тощо), що забезпечує щільне закривання термосумки.   |   |            |          |
| Наявність ручок або плечового ременя для зручності транспортування   |   |            |          |
| Наявність прозорої кишені для внутрішнього маркування та кишені для документів.  |   |            |          |

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «**або еквівалент**».*

**Розрахунок потреби:** на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) при розрахунку очікуваної вартості закупівлі були взяті до уваги комерційні пропозиції. Проаналізовано та встановлено середній рівень цін.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 63926,00грн (шістдесят три тисячі дев'ятсот двадцять шість грн., 00коп) з ПДВ.