

КНТ "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: Лабораторні реактиви та витратні матеріали до аналізатора електролітів EasyLyte Na/K/Cl (лабораторія) за кодом CPV за ДК 021:2015:33690000-3-Лікарські засоби різні, відповідний код CPV за ДК 021:2015:33694000-1 – Діагностичні засоби. Класифікатор медичних виробів НК 024:2023, код НК 031:2024

Запропонований учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

Основні вимоги до предмету закупівлі:

1. Учасник надає при поставці товару документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується.

2. Термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 60 % від загального терміну придатності. Постачання товару з меншим терміном придатності здійснюється за погодженням Сторін.

3. У разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

№ з/п	код НК 024:2023	НК031:2024	Найменування товару	МТВ	од. вим.	к-ть
1	52866 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди	W01010399-МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (ЕЛЕКТРОЛІТИ – ІНШЕ)	EasyLyte PLUS Solution Pack (800 ml) Блок розчинів для EasyLyte PLUS 800 mL (мл)	Блок розчинів (800 мл) , який складається з реагентів, що вимірюють концентрацію Na+, K+, Cl - в пробі (реагент 1, реагент 2, реагент 3) у відсотковому співвідношенні. Лише для використання в аналізаторах електролітів (Натрій/Калій/Хлорид) EasyLyte	шт	3
2	59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	W0201040285-МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КРОВІ / ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ)	EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes	Для діагностичного використання In Vitro в аналізаторах серії EasyLyte, Склад: Розчинник-очищувач на кожен день 1 x 90 мл. Порошок очищувач на кожен день 6 флаконів.	компл	3
3	52868 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	W0101050204-МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ	EasyQC Bi-Level Quality Control Kit EasyQC Дворівневий набір для контролю якості	Контрольний матеріал для ведення внутрішньолабораторного контролю якості за двома рівнями при роботі з іонселективного аналізаторами серії	компл	2

		ЕЛЕКТРОЛІТІВ)		EasyLyte		
4	59248 Калійний електрод IVD (діагностика in vitro)	W0101070107 - МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (НАТРІЙ – ЕЛЕКТРОДИ)	EasyLyte Na+ Electrode Na+ електрод EasyLyte	Для визначення концентрацій іонів. Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Хлорид, в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte	шт	1
5	59249 Натрієвий електрод, IVD (діагностика in vitro)	W0101070106 - МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КАЛІЙ – ЕЛЕКТРОДИ)	EasyLyte K+ Electrode K+ електрод EasyLyte		шт	1
6	59240 Хлоридний (Cl-) електрод IVD (діагностика in vitro)	W0101070103- МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (ХЛОРИД- ЕЛЕКТРОДИ)	EasyLyte Cl- Electrode Cl- електрод EasyLyte		шт	1
7	52866 Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), набір, йон-селективні електроди	W0201040285- МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO (КРОВІ / ЕЛЕКТРОЛІТІВ – ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ)	EasyLyte Maintenance Kit Експлуатаційний набір EasyLyte	Для діагностики In Vitro в аналізаторах електролітів EasyLyte. Склад: мембрана 1шт, внутрішній заповнюючий розчин 125 мл, трубка помпи, трубка зразка.	компл	1

Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) при розрахунку очікуваної вартості закупівлі були взяті до уваги комерційні пропозиції, також з системи Prozorro проаналізовано та встановлено середній рівень цін. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 104881,40 грн (сто чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна грн 40коп) з ПДВ.